

Poštovani,
Odgovaramo na postavljeni upit za nabavu bagatelne vrijednosti EBV-23/16
AGLUTINACIJSKI TESTOVI.

Pod točkom 9.) TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE omaškom je
izostavljena grupa G, te sadržaj kita u opisu Strepto-kita glasi:

Umjesto – „**Strepto kit** – brzi latex aglutinacijski test za identifikaciju Streptococcus A, B, C, D, F grupa u mikrobiološkim uzorcima. Navedeni testovi trebaju biti kvalitete poput BIORAD / Biomerieux „ili jednakovrijedan“

Treba stajati – „**Strepto kit** – brzi latex aglutinacijski test za identifikaciju Streptococcus A, B, C, D, F, G grupa u mikrobiološkim uzorcima. Kit sadrži 6 x 2,5 ml reagensa (po jedan za svaku grupu A, B, C, D, F i G), pozitivnu kontrolu 1 ml,, enzim 2 x 10 ml te kartice i štapiće. Navedene količine reagensa u kitu dosta su za 50 testova. Navedeni testovi trebaju biti kvalitete poput BIORAD / Biomerieux ili „jednakovrijedan“.

Također u privitku šaljemo ispravljeni troškovnik.

Sa poštovanjem,
Monika Sočković, dipl. oec.

Odgovor je poslan mailom 18.10.2016.g. 7:59 sati