

SLUŽBA KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE

UREĐAJI ZA SERVIS I UMJERAVANJE

VRSTA UREĐAJA	KOLIČINA	UMJERAVANJE	SERVIS
ZAŠTITNI KABINETI:		Za odrđivanje validacije treba dostaviti certifikat o sposobljenosti za umjeravanje zaštitnih kabinetova.	Servis se radi u slučaju kvara ili nakon odrđene validacije, a koja je ustanovila da neki od zaštitnih kabinetova ne radi ispravno. U slučaju mijenjanja filtera serviseri ih zbrinjavaju. Nakon servisa treba odraditi umjeravanje, prema traženim protokolima
<i>SAFE FAST ELITE DASIT GROUP</i>	1	+	
<i>MINI 2 EHRET</i>	1	+	
VODENA KUPELJ:			
<i>MEMERT</i>	1	+	
INKUBATORI:			
<i>POL EKO APARATUR</i>	1	+	
<i>KAMBIĆ</i>	1	+	
CENTRIFUGE:			
<i>ROTOFIX 32 HETTICH</i>	2	+	
<i>ROTOFIX 32 A HETTICH</i>	1	+	
<i>HERMLE Z 400</i>	1	+	
MIKROCENTRIFUGE:			
<i>BIOSAN FUL-2400N</i>	1	+	
<i>MIKRO 200 HETTICH</i>	1	+	
TRESKALICE/MUĆKALICE :			
<i>Ibx V05</i>	2	+	
<i>GRANT BIO PV 1</i>	1	+	
<i>HEIDOLPH</i>	1	+	
<i>TEHTNICA EV 102</i>		+	
<i>HEIDOLPH TITRAMIX 101</i>	2	+	
<i>PHOENIX INSTRUMENTS RS OS 20</i>	1	+	
MIKROSKOP optički:			Servis mikroskopa podrazumijeva čišćenje i centriranje optike (kalibracija mikrometra, klizač mikroskopa i okular sa mjernom skalom), kao i zamjenu dotrajalih dijelova. (*Kod KERN IF mikroskopa zamjena IF žarulje)
<i>EUROMEX</i>	4		+
MIKROSKOP IF:			
<i>KERN OPTICS IF</i>	1		+

HLADNJACI BEZ LEDENICE:			
GORENJE	2	+	
CANDY	1	+	
WHIRLPOOL	1	+	
HLADNJACI SA LEDENICOM:			
ZANUSSI	2	+	
GORENJE	1	+	
INDESIT	1	+	
ELECTROLUX	1	+	
HLADNJACI SA KLIZNIM VRATIMA:			
BOLARUS	2	+	
METRO GSC 850	1	+	
LEDENICA::			
BOSCH	1	+	
PERILICA:			
LANCER	1		+
SUHI STERILIZATORI:			
BINDER	2	+	
AUTOKLAVI:			<p>Redovno servisiranje autoklava podrazumijeva zamjenu svih dijelova na godišnjoj razini za dobro funkcioniranje autoklava.</p> <p>U sklopu servisa je potrebno baždariti manometar, odnosno zamjeniti s baždarenim (certifikat priložiti) i podesiti sigurnosni ventil (priložiti izvješće o sigurnosnom ventilu).</p>
NUVE 40L	1	+	+
SELECTA 80L	1	+	+
SELECTA 40L	1	+	+
PCR :			
BD MAX	1	+	+
MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA			
DIGENE DML 2000	1	+	+
AUTOMATSKA IDENTIFIKACIJA I ODREĐIVANJE ABG			
BD PHOENIX	1	+	+

PLAMENICI:			Servis plamenika treba obaviti ovlašteni serviser uz predočenje certifikata da je osposobljen.
<i>INTEGRA FIREBOY</i>	<i>4</i>		+
<i>INTEGRA FLAM BOY</i>	<i>1</i>		+
DESTILATOR- REVERZ.OSMOZA:			Servis uključuje promjenu svih dijelova uređaja za pravljenje destilirane vode koji se tokom jedne godine rada trebaju mijenjati kako bi uređaj ispravno radio. Po obavljenom servisu potrebno je izdati certifikat o napravljenom servisu i umjeravanju instrumenta za mjerjenje vodljivosti
<i>HYDROLAB</i>	<i>1</i>		+
PUMPA PERISTALTIČKA:			
<i>INTEGRA DOSE IT</i>	<i>1</i>	+	+
VAGE:			
<i>SCALTEC</i>	<i>1</i>	+	
<i>KERN PEJ</i>	<i>1</i>	+	
UNAJMLJENI UREĐAJI			
<i>MINI VIDAS,GENRUI GENEXPERT,MISPA KINGFISHER,</i>			

*** Za održivanje validacije treba dostaviti certifikat o osposobljenosti za umjeravanje i izdati valjanu potvrdu nakon izvršene validacije/umjeravanja.

***Servis se radi u slučaju kvara ili nakon održene validacije, a koja je ustanovila da neki od aparata ne radi ispravno.