



Gotove podloge za vodu za ljudsku potrošnju

OB-TS

Izdanje 2/ 20.01.2022.

Str. /2

Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (**ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije**)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana **NE SMIJE** se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju **unos komentara** vezanih uz ponuđenu opremu, **osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji** (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : **(+)** - **prihvatljivo** (razlog i navesti razliku, ako je ima); **(-)** - **neprihvatljivo** (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno **dostaviti popratnu dokumentaciju**, kojima treba jasno naglasiti, **odnosno označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije** odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave **jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija**.



Gotove podloge za vodu za ljudsku potrošnju

OB-TS

Izdanje 2/ 20.01.2022.

Str. /2

1. Redni broj	2. Naziv robe	3. Tehničke specifikacije tražene opreme	4. Tehničke specifikacije ponuđene opreme	5. Ocjena pregledane specifikacije po parametrima
1.	Hranjivi agar-Ukupan broj na 22 i 37 - gotova podloga a`200 ml	Sastav agra MORA biti prema normi HRN EN ISO 6222:1999: Trypton(pepton iz kazeina)6g; dehidrirani kvašćev ekstrakt 3g; Agar 10-20g, voda 1L..		
2.	Slanetz and Bartley agar 60mm-gotova podloga	Sastav podloge MORA biti prema normi HRN EN ISO 7899-2:2000: Tryptoza 20g; Kvašćev ekstrakt 5g; glukoza 2g; K ₂ HPO ₄ 4g; NaN ₃ 0,4g; agar 8-18 g, voda 1L; TTC otopina 1% 10mL.		
3.	Gotova podloga za legionelu-60mm GVPC			



Gotove podloge za vodu za ljudsku potrošnju

OB-TS

Izdanje 2/ 20.01.2022.

Str. /2

4.	Gotova podloga za legionelu-60mm BCYE			
5.	Gotova podloga za legionelu-60mm BCYE-cys			
6.	m-CP gotove ploče a'30			
7.	Pseudomonas agar base/CN-agar po normi 16266 - 60 mm	Sastav agra MORA biti prema normi HRN EN ISO 16266:2006: pepton želatina 16g, hidrolizat kazeina 10g; K ₂ SO ₄ (bezvodni) 10g; MgCl ₂ 1,4g; Glicerol 10 mL; agar 11-18 g; voda 1L; CN suplement(Heksadeciltrimetil amonijev bromid (cetrimid) 0,2g; nalidiksik kiselina 0,015g.		
8.	KING'S B MEDIUM za dokazivanje pseudomonasa	Sastav agra MORA biti prema normi HRN EN ISO 16266:2006: pepton 20g; Glicerol 10 mL; K ₂ HPO ₄ 1,5g; MgSO ₄ x 7 H ₂ O 1,5g; agar 15g; voda 1L.		



Gotove podloge za vodu za ljudsku potrošnju

OB-TS

Izdanje 2/ 20.01.2022.

Str. /2

9.	Acetamide broth za dokazivanje pseudomonasa	Sastav agra MORA biti prema normi HRN EN ISO 16266:2006: KH ₂ PO ₄ 1g; MgSO ₄ 0,2g; acetamid 2g; NaCl 0,2g; voda 0,9L.		
10.	TSC agar za Clostridia perfringens po normi 14189			
11.	Bile esculine azide agar-gotove ploče	Sastav podloge MORA biti prema normi HRN EN ISO 7899-2:2000: Trypton 17g; Pepton 3g; Kvašćev ekstrakt 5g; ox-žuč, dehidrirana 10g; NaCl 5g; eskulin 1g; amonijev željezo(III) citrat 0,5g NaN ₃ 0,15g, Agar 8-18g; voda 1L		
12.	Cromocult Coliform Agar, ploče 60mm	Sastav podloge MORA biti prema normi HRN EN ISO 9308-1:2014: enzimski digestirani kazein 1g; kvašćev ekstrakt 2g; NaCl 5g; NaH ₂ PO ₄ x 2 H ₂ O 2,2g; Na ₂ HPO ₄ 2,7g; Natrijev piruvat 2g; Sorbitol 1g; Tryptofan 1g; sekundarni alkoholni etiloksilat surfaktant (Cas br. 68131-40-8) (e.g. Tergitol®15-S-7 surfactant) 0,15g; 6-Kloro-3-indoksil-D-galaktopiranozid (Salmon-beta-D-galaktozid) (CAS br. 138182-21-5) 0,2g; 5-Bromo-4-kloro-3-indoksil-β-D-glukuroska kiselina, cikloheksilamonijum sol monohidrat (x-beta-G-Glukkuronid CHX sol) (CAS br. 114162-64-0)		



Gotove podloge za vodu za ljudsku potrošnju

OB-TS

Izdanje 2/ 20.01.2022.

Str. /2

0,1g; Izopropil- β -D-tiogalaktopiranozid (IPTG)
(CAS br. 367-93-1) 0,1g; Agar 9-18 g; Voda 1L

Uz svaku isporučenu količinu potrebno je dostaviti certifikat koji dokazuje da je za tu seriju proizvoda, datum priprave, rok uporabe, traženi sastav i provedeni test kvalitete za tu seriju podloge. Vrijeme trajanja podloge min.6 mjeseci. Podloge kojima je rok uporabe manji od 3 mjeseca neće se prihvatiti.

Ime i potpis predstavnika ponuditelja: _____

Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu/uslugu/materijal.

Izradio:	Potpis:	Datum:
Renata Josipović		05.06.2024.